

molift[®]

QUICK RAISER



CE

molift[®]
designed for life

BM04102 Molift Quick Raiser Deutsch - Rev E1 09/2011

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

Wissenswertes über die Ausführungen Molift Quick Raiser 1, 2 und 2+	2
Molift Quick Raiser - Gerätebedienung	3
Vor Inbetriebnahme zu prüfen:.....	3
Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen	4
Fixieren und Umsetzen	5
Zusammenbau und Demontage	7
Akku und Ladevorgang.....	9
Sicherheitseinrichtungen	10
Technische Daten - Molift Quick Raiser 1..	11
Technische Daten - Molift Quick Raiser 2..	12
Technische Daten - Molift Quick Raiser 2+	13
Etiketten und Symbole.....	14
Zubehör.....	15
Fehlersuche und -behebung.....	16
Wartung.....	17
Kontrollpunkte Periodische Kontrolle	18



Etac Supply Gjøvik

Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik, Norwegen
Tel.: (+47) 40001004
Fax: (+47) 40001008

www.molift.com
molift@etac.com

Wissenswertes über die Ausführungen

Molift Quick Raiser 1, 2 und 2+

Alle Modellausführungen sind zum Anheben und Umsetzen von Personen gedacht, die in der Lage sind, hierbei begrenzt mitzuwirken. Sie sind so konstruiert, dass sie den natürlichen, menschlichen Bewegungsabläufen folgen. Sie sind nur für das Anheben und Umsetzen in sitzender Position ausgelegt.

- Die Ausführung Quick Raiser 1 verfügt über feste Auslegerbeine, die Ausführungen Quick Raiser 2 und 2+ dagegen über spreizbare Auslegerbeine.
- Die Ausführungen Quick Raiser 1 und 2 weisen eine Hubleistung von bis zu 160 kg auf (SWL).
- Die Ausführung Quick Raiser 2+ weist eine Hubleistung von bis zu 200 kg auf (SWL).

Alle drei Varianten sind in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Ist nur vom "Molift Quick Raiser" die Rede, bezieht sich die Beschreibung auf alle, ansonsten wird die Ausführung mit voller Bezeichnung (1, 2 oder 2+) genannt.

Alle Modellausführungen tragen das CE-Zeichen, erfüllen die Bestimmungen der EU-Richtlinie 93/42/EG (Medizinprodukte) und wurden von unabhängiger Seite gemäß den Normen IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 und NS-EN ISO 10535:2006 geprüft und zugelassen.

Bitte vor Ingebrauchnahme des Lifters beachten!

Vor dem Einsatz des Lifters ist das Bedienpersonal damit vertraut zu machen. Dazu kann man z. B. einen Kollegen bzw. eine Kollegin anheben und sich selbst anheben lassen, weil man so ein Gefühl für beides bekommt. Es empfiehlt sich, dies mit allen infrage kommenden Hebegurten mit unterschiedlichen Liftern und verschiedenen Bewegungsabläufen auszuprobieren. Vor dem Anheben einer Person ist kurz die Vorgehensweise zu erklären. Es ist unbedingt auf den Einsatz des korrekten Hebegurtes und Zubehörs zu achten, und zwar nach folgenden Kriterien:

- Art der Behinderung
- Körpergröße
- Gewicht
- Art des Bewegungsablaufs



Der Lifter ist umgehend außer Betrieb zu setzen, wenn sich Störungen ergeben, die sich auf die Sicherheit auswirken können.

Molift Quick Raiser - Gerätebedienung



Die Handbedienung für die Modellausführungen Molift Quick Raiser 2 und 2+ weist 4 Tasten auf, nämlich 2 für das Heben und Senken und 2 für das Ein- und Ausfahren der Auslegerbeine. Die Modellausführung Molift Quick Raiser 1 weist nur 2 Tasten für das Heben und Senken auf. Eine LED leuchtet auf, wenn der Akku aufgeladen werden muss.



Vor Inbetriebnahme zu prüfen:

1. Weist das Gerät sichtbare Schäden auf oder fehlt etwas?
2. Sind lose Teile vorhanden? Sind Hebearm und Stützsäule ordnungsgemäß befestigt?
3. Ist der Not-Aus-Schalter aus- und das Gerät eingeschaltet?
4. Ist der Akku ausreichend geladen (Lampe leuchtet nicht)?
Leuchtet die Wartungsintervall-Lampe grün? Bei gelbem oder rotem Licht ist eine Wartung vorzunehmen.


Not-Aus-Schalter




Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Allgemeines

Vor Ingebrauchnahme des Lifters hat sich das Bedienpersonal vom ordnungsgemäßen Zustand des Geräts zu überzeugen, insbesondere hinsichtlich der Sicherheitsaspekte. Der Molift Quick Raiser darf nur benutzt werden, wenn alle Teile und Sicherheitseinrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind. Der Lifter ist umgehend außer Betrieb zu setzen, wenn sich Störungen ergeben, die sich auf die Sicherheit auswirken können.


 Das Gerät ist für den Betrieb bei Zimmertemperaturen ausgelegt (+10 bis +40 °C). Dies gilt es beim Transport des Lifters zu berücksichtigen, weshalb der Lifter in einem temperierten Teil des Fahrzeugs stehen muss. Oder er muss in einem temperierten Raum stehen bleiben, bis die richtige Arbeitstemperatur erreicht ist.


 Bei Einhaltung der empfohlenen Wartungsintervalle ist von einer Gerätelebensdauer von 10 Jahren bzw. 30 000 Hubvorgängen (bei Höchstbelastung) auszugehen.


Personen- und Sachschäden können auftreten, wenn der Lifter nicht ordnungsgemäß bedient wird und ...


- Abdeckungen von Unbefugten entfernt werden.
- der Einsatz nicht bestimmungsgemäß erfolgt.
- der Wartungszustand schlecht ist.
- wenn die Höchstbelastung (SWL) überschritten wird. Diese ist auf dem Lifter angegeben!
- Unbefugte Reparaturen an der Elektrik oder an Kabeln vornehmen.


Anheben und Umsetzen


 Die Höchstbelastung (SWL) der Ausführungen Molift Quick Raiser 1 und 2 beträgt 160 kg. Sie wurden entsprechend getestet und zugelassen. Beim Molift Quick Raiser 2+ beträgt dieser Wert 200 kg. Beim Versuch, schwerere Personen anzuheben, besteht die Gefahr von Verletzungen!


 Bei falschem Gebrauch kann der Lifter kippen! Bei Missachtung der Warnhinweise und Anweisungen besteht die Gefahr von Personenschäden. Daher sind die Anweisungen vor dem Einsatz des Gerätes sorgfältig zu studieren.


 Achten Sie genau darauf, was Sie tun. Stellen Sie sicher, dass die Bänder am Hebegurt ordnungsgemäß befestigt sind, damit die darin sitzende Person nicht herausgleitet oder herausfällt.


 Zum Bewegen des Lifters dient ausschließlich der Schiebegriff, d. h., der Hebearm oder die Person darf nicht berührt werden.

 Beim Betrieb des Laufwagens nicht mit Gliedmaßen, Kleidung oder Gegenständen in die Nähe kommen, denn es besteht Klemmgefahr!


 Zerrissene, eingeschnittene, durchgescheuerte oder gebrochene Hebegurte können zu ernsthaften Unfällen führen. Es dürfen nur Hebegurte in gutem Zustand zum Einsatz kommen. Alte, unbrauchbare Gurte sind aus dem Verkehr zu ziehen und zu entsorgen.

 Zum Anheben von Personen sind ORIGINAL Molift-Gurte zu verwenden. Sie dürfen KEINESFALLS zum Anheben und/oder Umsetzen von Gegenständen benutzt werden.

 Der Lifter darf während der Dauer von 18 Minuten nie länger als jeweils 2 Minuten betrieben werden.

 Sollte das Gerät beim Betätigen der Tasten nicht reagieren, sind die Hinweise zur Fehlerermittlung und -beseitigung (s. Kapitel über Wartung) zu beachten.

Beim Umsetzen von Personen sind verschiedene Faktoren zu bedenken. Stellen Sie sich beim Anheben neben die Person und stellen Sie sicher, dass Arme und Beine nicht eingeklemmt werden (Lifter, Bett, Stuhl usw.). Versuchen Sie, Augenkontakt zu halten, denn dadurch fühlt sich Ihr Gegenüber gut aufgehoben.


 Bei strombetriebenen medizinisch technischen Geräten sind Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) einzuhalten. Bei Aufbau und Gebrauch ist den Anweisungen dieses Handbuchs Folge zu leisten. Mobile Kommunikationsgeräte können Einfluss auf medizinisch technische Einrichtungen haben.

Fixieren und Umsetzen

Anheben

- Bringen Sie den Hebearm in niedrigste Position.
- Gegebenenfalls sind die Beine der Ausführung QR2/QR2+ der Hebeaufgabe entsprechend einzustellen.

i Damit das Anheben für die Person angenehm verläuft, sollte sie sich in aufrechter Position befinden (90° Winkel - siehe Abb.). Sie sollte zudem rutschfeste Schuhe oder Strümpfe zum Abstützen am Boden tragen.



! Sitzt die anzuhebende Person in einem Rollstuhl, sind dessen Bremsen anzuziehen. Dies sollte während des Anhebens auch mit dem Lifter geschehen.


! Bei Personen mit stark verschobenem Schwerpunkt (z. B. durch einseitige Lähmung oder stärker entwickelten Oberkörper) besteht die Gefahr, dass der Lifter kippt. In solchen Fällen ist statt des Modells Molift Quick Raiser ein passiver Lifter wie etwa das Modell Molift Partner oder Molift Smart zu verwenden.

- Der Hebegurt des Lifters Molift Easy Raiser ist möglichst weit unten um den Rücken der Person zu legen, dann zu schließen und festzuziehen.

! Die Bänder müssen beiderseits stramm im Hebearm sitzen. Sie arretieren selbsttätig durch das Körpergewicht, doch zuvor besteht kurzfristig die Gefahr des Durchrutschens und ungleichmäßigen Anhebens - mit entsprechendem Unbehagen bei der Person. Überprüfen Sie, ob die Bänder am Ende verknotet sind.

Einsatz des V-förmigen Arms


- Der Hebegurt wird am Hebearm befestigt, indem die Bänder fest durch die Gurtsperren gezogen werden (s. Abb.). Beim Anheben der Person arretieren die Bänder durch das Gewicht der Person. Letztere muss nach Möglichkeit die Griffe des Hebearms ergreifen.



i Bei einer sehr großen und schweren Person empfiehlt es sich, die Bänder von außen her in der Weite zu verstellen. Auf diese Weise wird die Brust der Person nicht eingezwängt.

Einsatz des U-förmigen Arms

- Hier werden die Bänder oben am Hebearm befestigt und fest von oben in die Gurtsperren gelegt (s. Abb.).




- Der Lifter ist so vor der Person aufzustellen, dass sie die Füße auf der Fußstütze am Fahrgestell abstellen kann. Ggf. ist dabei Hilfe zu leisten, damit die Füße richtig stehen.

i Der Abstand von der Vorderkante des Lifters bis zu den Kniestützen erhöht sich beim Anheben.

- Die Höhe der Kniestützen ist so einzustellen, dass sich die Kissen ca. zwei Finger breit unter den Kniescheiben befinden. Das Feststellrad an der Halterung der Kniestützen ist zum Einstellen zu lösen.

i Die Skaleneinteilung an der Hebesäule leistet bei der Einstellung der Kniestützen für die einzelnen Personen gute Dienste.

- Die Riemen für die Kniestützen sind der Person um die Beine herum zu befestigen.



! Sollte es nicht möglich sein, ein Bein senkrecht auf der Fußstütze abzusetzen, ist beim Anheben besonders vorsichtig zu verfahren, damit das Kniegelenk nicht überdehnt wird.

- Die Person ist vorsichtig anzuheben, bis sie mit dem Gesäß freikommt, und dann den Gurt festziehen. Dann sind die Radbremsen des Lifters zu lösen, und die Person ist zum gewünschten Ort zu befördern.

Umsetzen

! Eine Person sollte nicht in aufrechter Position umgesetzt werden, da dies als unbequem empfunden wird.

Beim Passieren von Möbeln, Wänden, Türen usw. ist besondere Vorsicht geboten.

! Der Lifter eignet sich nicht für das Umsetzen von Personen auf geneigten Flächen.

Das Fahren über hochflorige Teppiche, hohe Schwel- len, Hindernisse oder unebene Flächen ist zu vermei- den, da die Laufrollen blockieren können. Bei Nicht- beachtung besteht die Gefahr, dass der Lifter ins Schwanken gerät und kippt. Ist z. B. eine niedrige Tür- schwelle zu überwinden, muss der Lifter vorsichtig, mit den großen Rädern zuerst darübergelassen werden.

! Der Lifter ist lediglich zum Umsetzen über kurze Entfernungen und nicht als Ersatz für einen Roll- stuhl beispielsweise gedacht.

Absenken

- An der gewünschten Stelle ist die zu transportie- rende Person in sitzender Position abzusetzen.

! Soll die Person in einem Rollstuhl sitzen, ist darauf zu achten, dass dessen Bremsen - NICHT aber die des Lifters - festgesetzt sind.


- Die Riemen um die Beine sowie die Bänder in den Sperren sind zu lösen.
- Den Lifter zur Seite stellen und den Hebegurt ab- nehmen.

Zusammenbau und Demontage

Auspacken


- Der Lifter wird in einem Pappkarton geliefert. Es ist darauf zu achten, dass er keine Beschädigungen aufweist. Sollte das doch der Fall sein, ist der Inhalt zu überprüfen und der Händler zu verständigen, wenn Beschädigungen etwa an Komponenten aufgetreten sind.
- Im Karton befinden sich Fahrgestell, Hebesäule, Kniestütze, Hebearm, Schiebegriff, Handbedienung, Akku, Ladegerät und Unterlagen für das Gerät.

Zusammenbau


 Die Batterie darf sich während des Zusammenbaus nicht in ihrem Halter befinden.

- Unten an der Säule befindet sich zwei Schrauben für die Befestigung der Säule am Fahrgestell. Sie sind zu lösen, damit die Säule so weit ins Fahrgestell gleiten kann, bis die Spitze des Pfeils auf die rote Kante der Führung zeigt (s. Abb.). Danach sind die Schrauben mit einem Inbusschlüssel anzuziehen, der sich oben an der Säule befinden (s. S. 10). Beide Schrauben sind am Fahrgestell zu befestigen. (Sollte die Säule vor Erreichen der beschriebenen Position stoppen, ist sie wieder hochzuziehen und es ist zu versuchen, das Motorgetriebe zu drehen, damit sie zum Anschluss unten an der Säule ausgerichtet ist.



 Die Säule der Ausführung QR2+ weist unten einen Stift auf, der im Fahrgestell einrasten muss.

- Um die Halterung für die Kniestütze an der Säule anbringen zu können, ist zunächst das Feststellrad abzunehmen. Die Halterung richtig herum auf die Säule setzen und das Feststellrad anziehen (s. Abb.). Das Etikett über dem Feststellrad muss nach oben weisen!



- Nun ist der Schiebegriff auf die Säule zu setzen, indem man das Gegenstück zum Feststellrad in die Lauerille schiebt. Die Griffe müssen dabei nach oben weisen (s. Abb.). In der gewünschten Position ist das Rad fest anzuziehen.
- Die Leitung für die Handbedienung ist durch den Ring unter dem Schiebegriff zu führen. Die Fernbedienung weist einen Haken auf, mit dem sie an den Griff angehängt werden kann.



- Danach ist der Hebearm am Laufwagen der Säule zu befestigen.
- QR1 und QR2: Am Wagen befindet sich eine Sicherheitssperre, deren Riegel hochzuschieben ist, um die korrekte Montage zu gewährleisten. Bei geöffnetem Riegel ist der Arm in die richtige Position über die beiden Schrauben zu bringen, und der Riegel zurückzudrücken.



i Da alle Lifter bereits werkseitig geprüft sind, handelt es sich hierbei um eine Sicherheitsmaßnahme für den Fall einer Beschädigung beim Transport bzw. bei falschem Zusammenbau.

Folgende Punkte sind zu prüfen:

- Ist der Hebearm ordnungsgemäß am Laufwagen befestigt?
- Sitzt die Hebesäule richtig im Fahrgestell? Pfeilspitze und rote Kante müssen übereinstimmen.
- Ist der Hebearm ordnungsgemäß am Laufwagen befestigt (fest angezogene Schrauben)?


! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Lifter keine Beschädigungen (Risse usw.) aufweist und Hebearm und -säule gut festsitzen.

Demontage

- Zunächst ist der Akku abzunehmen.
- Sicherheitssperre am Laufwagen entriegeln und Hebearm herausziehen.
- Feststellrad am Schiebegriff lösen und diesen nach oben aus der Säule herausziehen.
- Das Feststellrad für die Kniestütze abdrehen und die gesamte Vorrichtung abnehmen, wobei sie ggf. auch an ihrem Platz verbleiben kann. Damit das Rad nicht verloren geht, ist es wieder aufzusetzen.
- Die Schrauben der Säule mit dem Inbusschlüssel lösen und diese herausziehen.

Aufbewahrung

Sollte der Lifter längere Zeit nicht gebraucht werden, empfiehlt es sich, den Akku abzunehmen und den Not-Aus-Schalter zu aktivieren. Zulässige Bedingungen für die Aufbewahrung



! Wegen akuter Verletzungsgefahr ist darauf zu achten, dass keine Gliedmaßen zwischen Hebearm und Laufwagen geraten.

- Bei der Ausführung QR2+ sind die Schrauben zum Befestigen des Hebearms nach dem Anziehen (Drehmoment: 28 Nm) mit Loctite 2701 zu sichern.




- Den Akku so in den Halter einsetzen, dass die Anschlüsse nach unten weisen. Zur Kontrolle sind sämtliche Funktionen des Lifters einige Male ohne Last auszuprobieren.

Akku und Ladevorgang

Akku und Ladevorgang

Im Lieferumfang aller Molift Quick Raiser-Ausführungen befindet sich ein Akku (14,4 V), der bei Betrieb in einem Halter am Lifter sitzt. Dazu gehört ein Ladegerät, mit dem sich der Akku jederzeit aufladen lässt. Das Ladegerät lässt sich auf einer ebenen Fläche aufstellen oder an der Wand anbringen.



Zum Laden ist der Akku ins Ladegerät zu setzen. Wenn die Leuchtanzeige nach einigen Sekunden von Gelb nach Orange wechselt, beginnt der Ladevorgang. Leuchtet sie dauerhaft Grün, ist der Akku voll aufgeladen.

Die Leuchtdiode des Ladegeräts zeigt folgende Zustände an:

LED	Betriebszustand / Maßnahme
Gelb	Kein Akku vorhanden
Gelb	Startphase (10 Sek.)
Orange	Schnelles Laden
Grün/Gelb	Voll aufgeladen
Grün	Erhaltungsladen
Orange/Grün	Fehler


Akkuleistung

Die Ladeanzeige auf der Handbedienung leuchtet auf, wenn die Spannung des Akkus unter einen bestimmten Wert fällt, sodass der Akku geladen werden muss. Die verbleibende Spannung reicht jedoch noch für 3 bis 5 Hubvorgänge (75 kg) aus. Die Ladeanzeige am Fahrgestell leuchtet als Ladehinweis nur dann auf, wenn keine Handbedienung angeschlossen ist.

i Auch wenn der Akku bei einem Hubvorgang völlig entladen ist, lässt sich die Person im Lifter noch absetzen.

i Neue Akkus erreichen ihre volle Leistungsfähigkeit erst nach mehreren Entlade- und Ladevorgängen.

Elektrik



Auf der rechten Seite des Fahrgestells (in Fahrtrichtung) befindet sich eine Leuchtanzeige, die bei Wartungsbedarf Gelb bzw. Rot leuchtet. Bei grünem Licht ist der Lifter betriebsbereit. Sollte die Anzeige nicht leuchten, ist die Taste "Abwärts" bzw. "Aufwärts" zu betätigen, um die Elektrik und damit auch die Anzeige einzuschalten. Siehe Kapitel "Wartung".

Es gibt eine Stromsparfunktion, die das Gerät abschaltet, wenn es eine Weile nicht gebraucht wurde. Dann erlöschen die Leuchtanzeigen. Durch Betätigen einer Taste der Handbedienung wird es wieder eingeschaltet.

Wird der Lifter längere Zeit über intensiv gebraucht, kann sich die Elektrik überhitzen und das Gerät schaltet ab. Vor dem erneuten Gebrauch muss es dann eine Weile abkühlen.


☞ Außer Dienst gestellte Lifter und Akkus sind als elektronischer Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen.

Sicherheitseinrichtungen

Um trotz unsachgemäßer Anwendung Personen- und Sachschäden ausschließen zu können, sind alle Ausführungen des Molift Quick Raiser mit folgenden Funktionen ausgestattet:

- Ein Sensor verhindert, dass der Lift bei Überladung noch betrieben werden kann.
- Der Hebearm ist so aufgehängt, dass die im Lift befindliche Person bei starkem Absenken nicht gequetscht werden kann.
- Der Hebearm verfügt über Gurtsperren, die dafür sorgen, dass die Gurte bei Belastung arretieren.
- Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird die Stromzufuhr unterbrochen und der Lift stoppt.
- Bei Auftreten einer Störung lässt sich der Hebearm manuell oder elektrisch absenken.
- Der Lift verfügt über eine Anzeigelampe, die signalisiert, wenn eine Wartung fällig ist.

Gerätestopp und Absenkung in Notfällen

 Wenden Sie sich bei Störungen aller Art an einen autorisierten Reparaturbetrieb. Bei Auftreten einer Störung ist der Lift bis zur Reparatur außer Dienst zu stellen.

Not-Aus-Schalter

Ein entsprechender Schaltknopf befindet sich auf dem Fahrgestell. Bei Betätigung wird die Stromzufuhr zum Motor augenblicklich unterbrochen. Zum Rückstellen ist der Schaltknopf im Uhrzeigersinn zu drehen, bis er herauspringt. Eine elektrische Notabsenkung ist nur mit nicht aktiviertem Not-Aus-Schalter möglich.




Not-Aus-Schalter

Elektrische Notabsenkung


Notabsenkung

Sollten Störungen beim Liftbetrieb auftreten, ist eine Notabsenkung möglich, die sich bei allen Ausführungen manuell oder elektrisch gesteuert durchführen lässt.

Ersteres lässt sich durch Drehen der oben auf der Hebesäule befindlichen Schraube mit dem Inbusschlüssel bewerkstelligen. Dazu ist das gelbe Siegel mit dem Schlüssel zu durchstoßen und die Schraube so lange zu drehen, bis die gewünschte Position erreicht ist.



Der Knopf zur elektrischen Notabsenkung befindet sich auf dem Fahrgestell. Durch Betätigen des Schaltknopfes lässt sich die Person absenken. Eine elektrische Notabsenkung ist nur mit nicht aktiviertem Not-Aus-Schalter möglich.

 Danach ist das durchstoßene Siegel durch ein neues zu ersetzen.

Technische Daten - Molift Quick Raiser 1

Gesamtgewicht des Lifters:

ohne Akku: 29 kg / mit Akku: 30 kg

Gewicht der Einzelteile:

Komplettes Fahrgestell: 15,2 kg

Komplette Hebesäule: 10,8 kg

V-förmiger Hebearm: 2,9 kg

U-förmiger Hebearm: 2,4 kg

Material:

Aluminium, Stahl und Kunststoff

Motor:

Hubmotor: 12 V DC

Akku:

14,4 V - NiMH - 2,2 Ah

Batterieladegerät:

Typ Mascot 22151, 10-22 Zellen - NiCd/
NiMH

Schutzklasse:

IP X4

Hubvorgänge mit geladenem Akku:

40 (75 kg Last, 50 cm Hubhöhe)

Höchstbelastung (SWL):

160 kg

Hubbereich:

bis 850 mm (unter der Person gemessen)

Hub-/Senkgeschwindigkeit:

50 mm/s (75 kg)

Wendekreis:

1.100 mm

Schallleistungspegel in dB(A):

$L_{WA} = 62$ dB

Kraftaufwand für Tastenbetätigung (Handbedienung):

Knöpfe an Handbedienung: 3,4 N


Beinhöhe:

70 mm

Maße:

1.070 x 610 x 1.280 mm (L/B/H)

Alle Maße auf den Abb. sind in mm angegeben.



Technische Daten - Molift Quick Raiser 2

Gesamtgewicht des Lifters:

- ohne Akku: 36,5 kg /
- mit Akku: 37,5 kg

Gewicht der Einzelteile:

- Komplettes Fahrgestell: 22 kg
- Komplette Hebesäule: 11,7 kg
- V-förmiger Hebearm: 2,9 kg
- U-förmiger Hebearm: 2,4 kg

Material:

Aluminium, Stahl und Kunststoff

Motor:

Hubmotor: 12 V DC

Motor für Beinspreizung: 12 V DC

Akku:

14,4 V - NiMH - 2,2 Ah

Batterieladegerät:

Typ Mascot 22151, 10-22 Zellen - NiCd/
NiMH

Schutzklasse:

IP X4

Hubvorgänge mit geladenem Akku:

40 (75 kg Last, 50 cm Hubhöhe)

Höchstbelastung (SWL):

160 kg

Hubbereich:

bis 850 mm (unter der Person gemessen)

Hub-/Senkgeschwindigkeit:

50 mm/s (75 kg)

Wendekreis:

1.450 mm

Schallleistungspegel in dB(A):

$L_{WA} = 62$ dB

Kraftaufwand für Tastenbetätigung (Handbedienung):

Knöpfe an Handbedienung: 3,4 N




Beinhöhe:

ca. 100 mm

Maße:

1.265 x 610 x 1.280 mm (L/B/H)

Alle Maße auf den Abb. sind in mm angegeben.



Technische Daten - Molift Quick Raiser 2+

Gesamtgewicht des Lifters:

ohne Akku: 37,4 kg /
mit Akku: 38,4 kg

Gewicht der Einzelteile:

Komplettes Fahrgestell: 22 kg
Komplette Hebesäule: 11,9 kg
U-förmiger Hebearm: 3,5 kg

Material:

Aluminium, Stahl und Kunststoff

Motor:

Hubmotor: 12 V DC
Motor für Beinspreizung: 12 V DC

Akku:

14,4 V - NiMH - 2,2 Ah

Batterieladegerät:

Typ Mascot 22151, 10-22 Zellen - NiCd/
NiMH

Schutzklasse:

IP X4

Hubvorgänge mit geladenem Akku:

40 (75 kg Last, 50 cm Hubhöhe)

Höchstbelastung (SWL):

200 kg

Hubbereich:

bis 850 mm (unter der Person gemessen)

Hub-/Senkgeschwindigkeit:

28 mm/s (75 kg)

Wendekreis:

1.450 mm

Schallleistungspegel in dB(A):

$L_{WA} = 62$ dB

Kraftaufwand für Tastenbetätigung (Handbedienung):

Knöpfe an Handbedienung: 3,4 N



Beinhöhe:

ca. 100 mm

Maße:

1.265 x 610 x 1.280 mm (L/B/H)

Alle Maße auf den Abb. sind in mm angegeben.



Etiketten und Symbole

Das Hauptetikett des Lifters befindet sich am Fahrge-
stell (hinter der Hebesäule).

Nennspannung des Akkus
und Schutzklasse



Modellbezeichnung

Höchstbelastung
(SWL)

Artikel-Nr.

Seriennummer
(Strichcode / Num-
mer)

Bedienungsanleitung
lesen!

Hersteller

Sondermüll

Nur in Räumen be-
nutzen!

Von der CSA geprüft
und zugelassen.

Typ B Applied Part
gemäß IEC 60601

CE-Kennzeichnung

Links an der Hebesäule befinden
sich Kurzanweisungen.

Bedienungsanleitung lesen!

Lifter vor Inbetriebnahme auf
Beschädigungen und Störun-
gen untersuchen.


Die Person aufrecht hinsetzen.

Der Winkel an Knöcheln und
Knien muss ca. 90° betragen.

Befestigung des Hebegurts am
U-förmigen Hebearm.

Befestigung des Hebegurts am
V-förmigen Hebearm.

Vorsichtig in rückwärts geneig-
ter Position anheben.



Erklärung der in dieser Anleitung benutzten Sym- bole



Dieses Symbol mahnt, die gegebenen Sicher-
heitsanweisungen und -informationen zu beach-
ten, da Missachtung Verletzungsgefahr mit sich
bringt. Diese Anweisungen sind daher stets zu
beachten, und es ist aufmerksam zu Werke zu ge-
hen.



Mit diesem Symbol wird angezeigt, dass es wich-
tige Informationen zum Gebrauch zu beach-
ten gilt. Werden sie nicht berücksichtigt, können
Schäden oder Funktionsstörungen am Lifter oder
seinen Teilen auftreten.




Mit diesem Symbol wird angezeigt, dass es eben-
so nützliche wie wichtige Informationen zu be-
achten gilt. Durch ihre Beachtung lässt sich die
Arbeit effizienter ausführen und Routinen könn-
en vereinfacht werden. Neben diesem Symbol
können auch Erklärungen stehen.

Das Etikett mit Sicherheitshinweisen befindet sich hin-
ten an der Hebesäule.

Die Inspektion für den
Lifter ist alle 12 Monate
auszuführen (s. S. 18).

Darauf ist Platz für
einen Datumsaufkleber
mit Unterschrift, den
das mit der Wartung be-
auftragte Unternehmen
nach der Inspektion
aufzubringen hat.

Bedienungsanleitung
lesen!



Zubehör


Hebegurte für alle Ausführungen

Größe	Molift Easy Raiser
XS	Art.-Nr. 3020003
S	Art.-Nr. 3020000
M	Art.-Nr. 3020001
L	Art.-Nr. 3020002
XL	Art.-Nr. 3020004

Hebegurte mit Stütze für alle Ausführungen

Größe	Molift Easy Raiser mit Unterstützung
XS	Art.-Nr. 3019003
S	Art.-Nr. 3019000
M	Art.-Nr. 3019001
L	Art.-Nr. 3019002
XL	Art.-Nr. 3019004
	Extra Stützgurt
XS/S/M	Art.-Nr. 3019011
L/XL	Art.-Nr. 3019012

Hebegurte - erhältliche Größen



Einstellbarer Gurt

Größe	Farbcode	Empf. Gewicht (kg)	Taille	
			min. (cm)	max. (cm)
XS	Hellblau	20-30	50	65
S	Rot	30-50	60	90
M	Gelb	50-90	75	110
L	Grün	90-160	100	150
XL	Blau	160-200	120	180

i Alle Hebegurte sind für Lasten bis 200 kg zugelassen. Die Angabe des empf. Gewichts dient lediglich zur Auswahl der passenden Größe.

Beutel für Hebegurt - Art.-Nr. 3048000

BM04102 Molift Quick Raiser Deutsch - Rev E1 09/2011

Quick Raiser Sandalen

Sandalen - kleine Größe

- Art.-Nr. 452100

Sandalen - mittlere Größe

- Art.-Nr. 452200

Sandalen - große Größe

- Art.-Nr. 452300

Einstellbare Fußstütze

- Art.-Nr. 451000

Extra Polster für Kniestütze

Polster - kleine Größe

- Art.-Nr. 0455111

Polster - große Größe

- Art.-Nr. 0455114

Hebearme

Kompletter, V-förmiger Hebearm

- Art.-Nr. 458107

Hebearm für die Ausführungen Molift Quick Raiser 1 und 2 (Höchstbelastung (SWL): 160 kg)

Kompletter, U-förmiger Hebearm

- Art.-Nr. 458010

Hebearm für die Ausführungen Molift Quick Raiser 1 und 2 (Höchstbelastung (SWL): 160 kg)



Fehlersuche und -behebung

Hinweise hierfür sind nachfolgend aufgeführt.


Symptom	Mögliche Ursache/Maßnahme
Die Hebesäule ist wackelig.	Die Schrauben sind nicht ordnungsgemäß gesichert oder die Säule sitzt nicht richtig im Fahrgestell. <i>Überprüfen und Schrauben anziehen.</i>
Der Lifter lässt nur eine Hubrichtung zu (aufwärts oder abwärts) bzw. die Beine lassen sich nur ein- oder ausfahren.	Defekte Handbedienung. <i>Mit einer anderen Handbedienung versuchen bzw. diese durch eine neue ersetzen.</i>
	Fehler in der Elektrik (Relais, Komponenten), der einen Austausch erforderlich macht. <i>Einen Fachmann hinzuziehen.</i>
Der Lifter führt eigenständig Hub- und Senkbewegungen aus bzw. die Beine werden ein- und ausgefahren.	Kurzschluss zwischen Handbedienung und Gerät. <i>Zum Entfernen von Schmutz und Fett beide Anschlüsse mit Brennspritus reinigen.</i>
	Fehler in der Handbedienung, der einen Austausch erforderlich macht. <i>/ Einen Fachmann hinzuziehen.</i>
	Fehler in der Elektrik, der einen Austausch von Relais oder Komponenten erforderlich macht. <i>Einen Fachmann hinzuziehen.</i>
Hebearm oder Beine lassen sich nicht bewegen.	Der Akku ist entladen. <i>Aufladen oder gegen einen geladenen austauschen.</i>
	Schlechter elektrischer Kontakt oder "Wackeln" (Hebesäule und Fahrgestell). <i>Beide Anschlüsse reinigen und die Schrauben nachziehen.</i>
	Not-ausschalter ist aktiv. <i>Zum Rückstellen im Uhrzeigersinn drehen.</i>
	Handbedienung nicht korrekt angeschlossen. <i>Für festen Anschluss sorgen.</i>
	Fehler in der Handbedienung, der einen Austausch erforderlich macht. <i>/ Einen Fachmann hinzuziehen.</i>
	Fehler in der Elektrik, der einen Austausch von Relais oder Komponenten erforderlich macht. <i>Einen Fachmann hinzuziehen.</i>
	Fehler im Motor, der einen Austausch erforderlich macht. <i>Einen Fachmann hinzuziehen.</i>

Es ist von Vorteil, wenn mehrere Lifter verfügbar sind, da man so Teile austauschen und Fehler finden kann. Vermutet man z. B. einen Fehler in einer Hebesäule, kann man kurz eine funktionierende von einem anderen Lifter einsetzen, um zu sehen, ob das hilft.

Sollten sich die Probleme nicht durch diesen Tipp beheben lassen, ist der zuständige Reparaturdienst zu benachrichtigen. Ist er Ihnen nicht bekannt, können Sie sich an Ihren Händler oder an die Fa. Molift Group AS wenden.

Wartung

Reinigung

 *Reinigungsmittel müssen pH-neutral sein. Keine Lösungsmittel oder scharfen Flüssigkeiten benutzen, da sie die Oberflächen angreifen können. Das gilt auch für schmirgelnde Mittel, während für Desinfektionszwecke Isopropylalkohol zu benutzen ist.*

Oberflächen sind mit einem feuchten Lappen und etwas Seifenlauge zu säubern. Regelmäßige Reinigung wird empfohlen und sollte routinemäßig durchgeführt werden.

Zur Entdeckung von Schäden und Fehlern sind ferner Inspektionen durchzuführen.

Monatliche Wartungsarbeiten

- Weist das Gerät sichtbare Schäden auf oder hat sich etwas gelöst?
- Verunreinigungen aus den Laufrollen entfernen und diese auf reibungslosen Lauf überprüfen.
- Anschlüsse von Handbedienung und Ladegerät auf festen Sitz überprüfen.
- Zum Entfernen von Schmutz und Fett sind Anschlüsse und Handbedienung mit Brennspritus zu reinigen.
- Leitungen von Handbedienung, Antrieb und Ladegerät auf festen Sitz überprüfen.
- Normale Funktion durch Anheben und Absenken prüfen.
- Sollten Sie Störungen entdecken, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Molift-Reparaturdienst.

Regelmäßige Inspektionen

Es wird empfohlen, jährlich eine Inspektion durch Fachkräfte durchführen zu lassen (Prüfbericht auf der nachfolgenden Seite).

Der Prüfbericht ist für jeden Lifter auszufüllen und nach der Inspektion zu unterschreiben. Er ist zum späteren Nachweis aufzubewahren.

Wartung

Der Lifter verfügt über ein Anzeigelampe (am Fahrgestell), die signalisiert, wenn eine Wartung fällig ist. Bei grünem Licht ist der Lifter betriebsbereit.



Wartungsintervall-Lampe

Die Betriebsstunden des Lifters werden elektronisch registriert. Nach einer bestimmten Zeit zeigt die Wartungsintervall-Lampe durch gelbes und später durch rotes Licht an, dass eine Wartung fällig ist. Dann sollten Sie sich an den zuständigen Molift-Händler bzw. Reparatur- und Wartungsbetrieb wenden. Zwar kann der Lifter noch weiter benutzt werden, doch wird nach einer Weile akustischer Alarm gegeben, um an die überfällige Wartung zu erinnern.

Bedeutung der Anzeigen

Wartungsintervall-Lampe	Betriebszustand / Maßnahme
Kein Licht	Energiesparmodus
Grün	Betriebsbereit
Gelb	Kundendienst anfordern.
Rot	Wartungsarbeiten ausführen.
Rot (und akustischer Alarm)	Wartungsarbeiten unverzüglich ausführen.
Blinkendes Gelb	Überhitzung

Die Wartung umfasst Inspektion und Austausch von defekten und verschlissenen Teilen.

Der Wartungsdienst arbeitet mit dem "Molift Service Tool", um Daten vom Lifter einzulesen. Nach erfolgter Arbeit werden entsprechende Daten eingegeben und die Rückstellung vorgenommen. Der Eigentümer des Geräts/der Geräte ist für die Richtigkeit der Protokolldaten und Aufbewahrung des Prüfberichts verantwortlich.

Kontrollpunkte für die periodische Kontrolle von Molift Personenlifter
Molift Quick Raiser 09 1, 2 und 2+
Revision C – 03/2009

DURCHZUFÜHREN AUS SICHERHEITSGRÜNDEN (alle 12 Monate):

OK	Fehler	Korr.	Sichtkontrolle
			Der gesamte Lifter wurde auf Schäden, Risse und Deformationen kontrolliert, und es gab keine Beanstandungen. (Bes. Hochführmarm, Laufkatze mit Schraube, Säule, Fahrgestell, Räder und sämtliche Kabel).
			Der Lifter ist korrekt eingebaut, und alle Bauteile sind vorhanden. (Bs. Arretierung der Säule, Kniestützen und Hochführmarm).
			Das Zubehör wurde kontrolliert. Zum Hebetuch liegt gesonderte Tabelle vor. Batterieladegeräte sind Zubehör. Auflistung Kontrollen Zubehör:
			Funktionskontrolle
			Not-aus und Handbedienbox wurden kontrolliert und funktionieren.
			Der Lifter wurde auf dem Boden hin- und hergefahren (am besten mit Last) und rollt leicht und fest.
			Aufklappmechanismus für die Beine (Quick Raiser 2 und 2+) ganz aus- und einfahren (am besten mit Last), dieser arbeitet gleichmäßig und geräuscharm (hält in den richtigen Positionen).
			Der Lifter wurde ganz auf- und abgefahren (am besten mit Last). Die Funktion ist gleichmäßig und geräuscharm.
			Vorgeschriebener Service
			Service ist nicht notwendig, da Servicelampe grün leuchtet und der Lifter noch keine 5 Jahre alt ist.

Ausgef.	Durchzuführen bei Fehlern bei den o.g. Punkten:
	Der Lifter wurde außer Betrieb genommen und deutlich mit "DEFEKT" gekennzeichnet.
	Zertifiziertes Personal wurde verständigt, um Reparatur und Service durchzuführen. Name / Tel. / Fax:

Ausgef.	Durchzuführen an kontrolliertem, abgenommenem Lifter:
	Der Lifter hat die Sicherheitskontrolle bestanden, wurde mit der datierten und unterschriebenen Molift-Sicherheitskontrollplakette versehen.
	Eine angekreuzte, unterschriebene Kontrollpunktliste wurde dem Kunden ausgehändigt und eine Kopie an den Molift-Vertragshändler gesendet.

Anmerkungen zu Fehlern und Reparaturen:.....
.....
.....
.....

Serienr des Lifters: Evtl. Personennr./Einrichtungsnr.:
Kunde:
Kontrolle durchgeführt von: (Blockbuchstaben)..... ab.....
Evtl. Zertifizierungsnr. des Kontrolleurs/Technikers von Molift:

Ausrüstung geprüft und abgenommen Ja Nein

Ort: Datum: Unterschrift:



DECLARATION OF CONFORMITY

molift[®]

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO
NORWAY
Telephone: + 47 4000 1004

hereby declare that:

**Molift QUICK RAISER 1, Molift QUICK RAISER 2 and
Molift QUICK RAISER 2+ patient lifters**
and that the accessoires used only together with this product

are in conformity with:

- The Council Directive concerning medical devices 93/42/EEC (incl amendment 2007/47/EC)
and according to this classified as **medical equipment class 1**
Expiration date : 06th January 2015

**Molift QUICK RAISER 1/2/2+ is manufactured in conformity with the following national or
international standards that also might implement a harmonised standard:**

- ISO10535:2006 Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods
 - ISO 14971 Medical equipment - Risik analysis

Notified body:

Hjelpemiddelinstittet
Gregersensvej
DK-2630 Taastrup
Denmark
Tel: + 45 43993322

NEMKO AS
Gaustadalleen 30
N-0314 OSLO
Norway
Tel: + 47 22960342

Title: Managing Director
Name: Geir Olav Farstad
Company: Molift Group AS

07.01.2010
Date

Signature

Norway

Etac AS

PB 249
1501 Moss
Tlf: (+47) 69 25 59 80
Fax: (+47) 69 27 0911
www.etac.no

Australia

Patient Handling Australia

8 Chapel Street
Marrickville
NSW 2204 Sydney
www.patienthandling.com.au

Ceiling Hoist Solutions

Melbourne Office
58-62 Star Crescent
AU-3803 Hallam, VIC
www.ceilinghoistsolutions.com.au

Austria

Paul Bständig GesmbH

Strohboogasse 8
1210 Wien
Tel. 01-405 35 43
Fax 01-406 81 02
www.bstaendig.at

Belgium

Pronk ergo NV

Sint-Pietersmolenstraat 204/1
8000 Brugge
T +32 (0)50/32 20 20
F +32 (0)50/32 20 40
www.pronkergo.be

Danmark

Etac A/S

Egeskovvej 12
8700 Horsens
Tel. +45 79 68 58 33
www.etac.dk

Finland

Mediq Suomi Oy

Koskelonkuja 4
FI-02920 Espoo
Tel.: +358 20 112 1643
Fax: +358 20 112 1513
www.mediq.fi/apuvaline

France

Praxis Medical Technologies

Parc 2000
107, rue Dassin
34080 Montpellier FRANCE
Phone +(33) 04 99 77 23 23
Fax +(33) 04 99 77 23 39
info@praxismedical.com

Germany

Herrmann & Co GmbH

Oelder str. 20
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel: 05242 / 9671 40
Fax: 05242 / 9671 41
www.herrmann-co.de

Iceland

Eirberg

Storhofoi 25
IS-110 Reykjavik
www.eirberg.is

Ireland

Meditec Medical Ltd.

Unit 28, Whitestown Drive
Whitestown Industrial Estate
Tallaght, Dublin 24
Tel: 01 4624045
www.meditecmedical.ie

Israel

Mediscan Systems Ltd

P.B Box 2195
6 Hamanov St.
Rehovot 76386
IL-76121 Rehovot
www.mediscan.co.il

Italy

Fumagalli

Piazza Puecher 2
22037 Pontelambro
Tel +39 031 3356811
Fax +39 031 622111
www.fumagalli.org

Japan

Pacific Supply Co. Ltd

1-12-1 Goryo, Daito-shi
JP-5740064
www.p-supply.co.jp

Netherlands

Pronk Ergo bv

Cobaltstraat 14
2718 RM Zoetermeer
Tlf: 079-361 13 40
Fax: 079-361 13 41
www.pronkergo.nl

New Zealand

Morton & Perry

Homecare Equipment
P.O. Box 34439
Birkenhead
Auckland 0746
www.mortonperry.co.nz

Spain

Karinter S.L

C/Ramón Turró, 5-9 Local 4
08005 Barcelona
Tel. +34 93 221 19 17
Fax. +34 93 221 18 72
www.karinter.com

Sverige

Etac Sverige AB

P. O. Box 203
SE - 334 24 Anderstorp
Tel: +46 - 371-58 73 00
Fax: +46 - 370-48 73 90
www.etac.com

Switzerland

Kuhn und Bieri AG

Sägestrasse 75
3098 Köniz
Tel. 0848 10 20 40
Fax 031 970 01 71
www.kuhnbieteri.ch

United Kingdom

Meditec Molift Ltd

Hi Trac House
Unit 1 Woodrow Business Centre
Woodrow Way, Irlam
Manchester M44 6NN
Tel. 0844 8004236
Fax 0844 8004237
www.molift.com

USA

Molift Inc.

8406 Benjamin Road
Suite C
Tampa, FL 33634
Tel. 813-969-2213
Fax 813-969-3954
www.moliftinc.com

molift[®]
by Etac