



ingo-man® plus

Seifen- und Desinfektionsmittelspender
Dispenser for soap and disinfectant
Distributeur de savon et de désinfectant



D 8. Reinigen/Sterilisieren

Spender von Rückwand abnehmen: Dazu die Verriegelungszunge an der Rückwand drücken und Spender nach oben herausziehen

Der ingo-man® plus Spender und die Edelstahlpumpen (Auslaufrohr aus Edelstahl) sind mit Heißdampf (134 °C, 2 bar, max. 20 Min. Haltezeit) autoklavierbar.

Wichtig! Kunststoff-Rückwand, Flasche, Kunststoff-pumpen (K-Pumpen) und der Counter sind nicht autoklavierbar! Ausbau der Pumpe siehe unter Punkt 7. Ausbau des Counters siehe unter Punkt 9.
 Nach dem Autoklavieren Spender und Pumpe mindestens eine Stunde bis zur nächsten Benutzung auskühlen lassen!

E 8. Cleaning / Sterilization

Remove the dispenser from the wall plate: to do this, press the latch on the back wall of the dispenser and slide the dispenser upwards, off the plate.

The ingo-man® plus dispenser and stainless-steel pumps (outlet pipe made from stainless steel), are autoclavable with superheated steam(134 °C, 2 bar, max. 20 min dwell time).



Important! Wall plate, bottle, plastic pumps (K pumps) and the Counter are not autoclavable! For pump removal see step 7. For counter removal see step 9.
 After autoclaving, let dispenser and pump cool for at least one hour prior to next use !

F 8. Nettoyage/Stérilisation

Prendre le distributeur de la plaque murale: presser la languette d'arrêt et tirer l'appareil par le haut.

Le distributeur ingo-man® plus et les pompes en inox (tuyau d'écoulement en inox) sont autoclavables avec vapeur (à 134°C, 2 bar, durée de 20min. max.).

Important! La plaque murale, le flacon, les pompes en plastique (type K) et le compteur ne sont pas autoclavables! Extraction de la pompe voir point 7. Extraction du compteur voir point 9.
 Après avoir autoclavé, laisser refroidir distributeur et pompe au moins une heure jusqu'à l'utilisation suivante!



D 9. Ausbau des Counters oder Clips (je nach Ausführung)

Sofern vorhanden, zuerst Verschluss-blende entfernen.

Flasche entfernen: Dazu Unterseite der eingesetzten Flasche leicht nach vorn kippen und Flasche aus dem Spender entnehmen. Spender von Rückwand abnehmen: Dazu die Verriegelungszunge an der Rückwand drücken und Spender nach oben herausziehen.

9.1 Spender auf den Kopf drehen, so dass Sie von unten in das Gehäuse blicken (siehe Abbildung 9.1).

9.2 Die gefederte Metallachse an der oberen Rückseite des Spenders mit dem Daumen in Richtung der Pumpe drücken, gleichzeitig mit der anderen Hand die Auslaufblende an der Frontseite vorsichtig aushängen und abnehmen

9.3 Je nach Ausführung das Counter-Gehäuse oder den Clip vorsichtig von innen nach außen aus der Fassung drücken (siehe Abbildung 9.2).

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge (siehe Abbildung 9.3).

- E 9. Removal of Counter or Clip (depending on model)**
- If present, first remove the locking plate. Remove the bottle: tilt the bottom of the bottle forwards and lift the bottle out. Remove the dispenser from the wall plate: to do this, press the latch on the back wall of the dispenser and slide the dispenser upwards, off the plate.
- 9.1 Turn the dispenser on its head, so you look into the housing through the bottom (see image 9.1).
- 9.2 Using your thumb, press the spring-loaded metal pin, located on the upper, back-side of the dispenser, in the direction of the pump. At the same time, use your other hand to carefully unhinge and remove the face shield from the front side of the dispenser.
- 9.3 Depending on the model, carefully press on the counter housing or clip from the inside outwards, to release it from its socket (see image 9.2). Assemble in reverse order (see image 9.3).

- F 9. Extraction du compteur ou clip (dépendant de la version du distributeur)**
- Si nécessaire, détacher la plaque de verrouillage.
- Pousser sol du flacon doucement vers le haut et tirer quelques cm par le front. Puis, sortir flacon vers dessous.
- Prendre le distributeur de la plaque murale: pousser la languette d'arrêt et tirer l'appareil par le haut.
- 9.1 Tourner le distributeur 180 degree en manière que vous voyez le boîtier (voir illustration 9.1).
- 9.2 Pousser le barreau en inox suspendu (qui est localisé en arrière en haut) avec le pouce en direction de la pompe. Simultanément prendre le bec d'écoulement (localisé à l'avant) avec l'autre main, décrocher-le, et le mettre à côté.
- 9.3 Dépendant de la version, pousser le clip ou compteur doucement de l'intérieur vers l'extérieur hors de la bordure (voir illustration 9.2).
- Procéder l'assemblage à l'envers (voir illustration 9.3).

- E 10. Allgemeine Pflegehinweise**
- Das Robert Koch-Institut empfiehlt: „Waschlotion- und Desinfektionsmittelspender müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Waschlotionspender müssen vor dem erneuten Füllen gründlich gereinigt und desinfiziert werden.“ [Quelle: Robert Koch-Institut, Empfehlungen zur Händehygiene]
- Die Dosierung von Salz- oder chloridhaltigen Medien kann auch an Edelstahlprodukten Korrosions-erscheinungen hervorrufen. In Räumen mit salz-oder chlorhaltiger Luft (Schwimmbad, Sauna, etc.) können trotz Verarbeitung von hochwertigem Edelstahl Korrosionserscheinungen auftreten. Für die Reinigung ungeeignet sind ätzende, scheinende oder chlorhaltige Reiniger.
- Um eine einwandfreie Funktion des Spenders zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung von Hand oder im RDG erforderlich. Manuelle Reinigung: Spülung des Spendergehäuses und der Pumpe mit heißem Wasser, Durchspülung der Pumpe mit heißem Wasser.
- Aufbereitung im RDG: ist im dafür vorhergesenen Programm „Spenderreinigung“ mit pH-neutralen Reiniger möglich. Achtung, Kunststoffpumpen können bei max. 65 °C aufbereitet werden! Vor der Aufbereitung im RDG ist der Ausbau des Counters erforderlich (siehe Punkt 9).
- Aufbereitung im Autoklav: der Spender und die Edelstahlpumpe sind autoklavierbar (134 °C, 2 bar, max. 20 Min. Haltezeit). Dies gilt nicht für die Kunststoffrückwand, Flasche, Kunststoffpumpe und Counter.

- E 10. Information for General Care**
- The Robert Koch-Institute recommends: "Dispensers for lotion and disinfectants have to be easily cleaned and disinfected. Lotion dispensers must be thoroughly cleaned and disinfected whenever cartridges are changed." [Source: Robert Koch-Institut, recommendations for hand hygiene].
- Dosage of salts or chlorinated solutions can lead to the appearance of corrosion and disruption of function in stainless steel products. In rooms where the air contains salts or chlorine (ie. Saunas or swimming pools etc.), corrosion may appear in spite of fabrication with high quality stainless steel.
- In order to guarantee proper functioning of the dispenser regular manual cleaning or processing in cleaning-disinfection devices is necessary.
- Manual cleaning: cleaning of the dispenser housing and the pump with hot water. Rinsing the pump with hot water.
- Processing in cleaning-disinfection devices: choose program „Dispenser cleaning“ and use pH-neutral cleaning solutions. Important: Cleaning of plastic pumps up to max. 65 °C! Before cleaning or processing in cleaning-disinfection devices the counter must be removed (see 9.).
- Processing in autoclave: the dispenser and stainless steel pump are autoclavable with superheated steam (134 °C, 2 bar, max. 20 min dwell time). Plastic wall plate, bottle, plastic pumps (K pumps) and counter are not autoclavable.

- F 10. Entretien**
- Le 'Institut Robert Koch' conseille: "Le nettoyage et la désinfection de distributeurs de savon liquide et de solutions désinfectantes doit être simple. Les distributeurs de savon doivent être nettoyés minutieusement et désinfectés avant le nouveau remplissage du flacon." [Source: Robert Koch-Institut, recommandations sur l'hygiène des mains].
- Le dosage de sel ou de produits contenant du chlorure peuvent également provoquer la corrosion des matériaux en acier inoxydable. Dans les endroits où l'air salin ou chloré (piscine, sauna, etc.) est présent de la corrosion peut survenir malgré le traitement de haute qualité de l'acier inoxydable. Les produits caustiques, abrasifs ou à base de chlore ne conviennent pas à l'entretien. Pour assurer le bon fonctionnement du distributeur un entretien régulier à la main ou avec un appareil de nettoyage et de désinfection est nécessaire.
- Nettoyage à la main: Rincer le boîtier du distributeur et la pompe avec de l'eau chaude. Rincer la pompe avec de l'eau chaude.
- Traitements avec un appareil de nettoyage et de désinfection: est possible avec le programme "nettoyage des distributeurs" avec un nettoyeur au pH neutre. Attention, les pompes en plastique peuvent être conditionnées jusqu'à 65 °C. Avant de procéder au nettoyage ou au processus de nettoyage-désinfection des dispositifs, le compteur doit être enlevé (voir 9.).
- Traitements en autoclave: le distributeur et les pompes en inox peut être stérilisé en autoclave (134 °C, 2 bars, la durée de rétention est de max. 20 min.). Le support mural en plastique, le flacon, les pompes plastiques (pompes K) et le compteur ne sont pas autoclavables.

Wichtig! Important!

Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. Hammerlit übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.

The compatibility of filling material and dispenser system must be checked prior to the use of new filling materials, in order to be able to guarantee fault-free functionality. Hammerlit assumes no liability for any damages or costs which arise due to the incompatibility of filling material and dispenser systems.

Avant d'utiliser de nouveaux produits de remplissage, il faut toujours vérifier la compatibilité du produit et du système de distributeurs afin de pouvoir garantir un fonctionnement irréprochable. La société Hammerlit décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages ou frais résultant d'une incompatibilité entre le produit de remplissage et les systèmes de distributeurs.



Hammerlit

Hammerlit

**Wichtig!**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Die einwandfreie Funktion des Spendersystems kann nur dann gewährleistet werden, wenn die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

D Technische Zeichnungen
E Technical Drawing
F Dessins techniques

500 ml**IMP E****1000 ml****IMP T**



Technische Änderung vorbehalten.
Technical modifications reserved.
Modifications techniques réservées

**Important!**

Please carefully read the operating instructions and save them for reference. The proper function of this dispenser system can only be guaranteed if the procedures in these instructions are followed.

**Important!**

S'il vous plaît, lire ce mode d'emploi avant l'utilisation et puis archiver. La fonction technique du distributeur peut être garanti seulement quand les instructions de ce mode d'emploi sont suivis.

500 ml**IMP ELS****1000 ml****IMP TLS**

Technische Änderung vorbehalten.
Technical modifications reserved.
Modifications techniques réservées

**D 1. Vorbereitung**

Bei Verwendung als Seifenspender das Gerät über oder in unmittelbarer Nähe des Waschtisches anbringen, damit Flüssigkeit nicht von den Händen auf den Boden tropft.

Spender von Rückwand abnehmen:
Dazu die Verriegelungszunge an der Rückwand drücken und Spender nach oben herausziehen.

Benötigter Platz oberhalb des Spenders:
50-70 mm für den Bügel sowie zum Aufsetzen und Abnehmen des Spenders, weitere 100 mm für Betätigung.

Benötigter Platz unterhalb des Spenders zur Flaschenentnahme: ca. 130 mm bei IMP E/ELS, ca. 170 mm bei IMP T/TLS.

Ergonomisch günstige Montagehöhe:
130-135 cm, gemessen vom Fußboden bis Oberkante des Spendergehäuses.

E 1. Preparation

When using as a soap dispenser, install the dispenser as close as possible to the sink to prevent wet hands from dripping onto the floor.

Required space above the dispenser: 50-70 mm for the lever, and for dispenser removal and placement, as well as an additional 100 mm for operation. The required room below the dispenser, necessary for bottle removal, is about 130 for the IMP E/ELS and 170 mm for the IMP T/TLS.

Optimal mounting height for use:
130-135 cm, measured from the floor to the upper edge of the dispenser housing.

F 1. Préparation de l'installation
En cas d'une utilisation comme distributeur de savon, installer au dessus ou proche d'un lavabo pour que le liquide ne peut pas écouler des mains sur le sol.


Espace nécessaire au dessus de l'appareil: 50-70 mm pour le levier et pour mettre et retirer le distributeur de la plaque murale, additionnellement 100 mm pour l'utilisation. Espace nécessaire au dessous du distributeur pour l'échange du flacon: env. 130 mm au IMP E/ELS, env. 170 mm au IMP T/TLS.

Hauteur de montage ergonomicement favorable: 130-135 cm, du fond jusqu'au bord supérieur du distributeur.

F 2. Montage

Tout d'abord, retirer le flacon du distributeur: Pour cela, pousser le sol du flacon légèrement par le haut et tirer quelques centimètres hors du distributeur par le front. Puis, sortir le flacon vers dessous. Tirer le distributeur de la plaque murale: Pousser la languette d'arrêt et tirer l'appareil par le haut.

F 4. Mise et échange du flacon
Insérer le récipient rempli par le bas, jusqu'à ce que le flacon est fixé.

**D 2. Spendermontage**

Zunächst Flasche entfernen: Dazu Unterseite der eingesetzten Flasche leicht nach vorn kippen und Flasche aus dem Spender entnehmen.

Spender von Rückwand abnehmen:
Dazu die Verriegelungszunge an der Rückwand drücken und Spender nach oben herausziehen.

Bereits vorhandene Rück-

wände der ingo-man® classic/
plus Produktfamilie können weiter
verwendet werden! Falls Montage
erforderlich, Wand vorher auf Eignung
prüfen!

E 3. Flexible Sealing Cap

The included flexible sealing cap ensures

optimal sealing for various bottle sizes
and prevents the loss of alcohol from
the disinfectant solution.

F 3. Adapteur étanche flexible

L'adaptateur étanche flexible en silicone
que vous trouvez dans le contenu de
livraison assure un contact optimale
pour différents tailles de flacons et aide
à éviter la fuite du gaz du désinfectant.

E 2. Mounting of the dispenser

First remove the bottle: to do this tilt the bottom of the bottle forwards and then pull the bottle out of the dispenser.

Remove the dispenser from the wall plate: press the latch on the back wall of the dispenser and slide the dispenser upwards, off the plate.

F 4. Installation de l'appareil
Wall plates already in use
from the ingo-man® classic/
plus product family may continue
to be used. If mounting is necessary,
please test wall for suitability before
mounting.

With the enclosed, or other suitable
attachment materials, attach the wall
plate to the wall. Slide the dispenser
onto the wall plate from the top until
the latch clicks into place (see image 2).

F 5. Installation de l'appareil

Tout d'abord, retirer le flacon du
distributeur: Pour cela, pousser le sol
du flacon légèrement par le haut et tirer
quelques centimètres hors du distributeur
par le front. Puis, sortir le flacon vers
dessous. Tirer le distributeur de la plaque
murale: Pousser la languette d'arrêt et tirer
l'appareil par le haut.

F 6. Dosierung
Der Spender ist auf die maximale
Dosierleistung von ca. 1,5 ml/Hub
voreingestellt. Zur Änderung der
Dosierung zunächst Pumpe aus dem
Spender entnehmen (siehe Punkt 7).

D 4. Einsetzen / Austausch der Flasche


Gefüllten Behälter von unten in den
Spender einsetzen, bis der Behälter
einrastet.

E 4. Bottle Placement / Exchange

Insert the filled bottle into the dispenser
from the bottom, until snaps into place.

F 4. Mise et échange du flacon

Insérer le récipient rempli par le bas,
jusqu'à ce que le flacon est fixé.

**D 3. Flexible Dichtungskappe**


Die im Lieferumfang enthaltene flexible
Dichtungskappe sorgt für optimalen An-
druck bei verschiedenen Flaschengrößen
und verhindert das Entweichen von
Alkohol aus dem Desinfektionsmittel.

E 5. Initial Operation

For first use hold your hand under
the nozzle and operate the lever several
times until solution is dispensed.

F 5. Mise en service

Quand le distributeur est utilisé la première
fois (aussi après avoir échangé la pompe
ou le flacon), s'il vous plaît pousser le levier
quelques fois jusqu'à ce que le distributeur
doise (former une poche avec la main).

**D 6. Dosierung**

Der Spender ist auf die maximale
Dosierleistung von ca. 1,5 ml/Hub
voreingestellt. Zur Änderung der
Dosierung zunächst Pumpe aus dem
Spender entnehmen (siehe Punkt 7).

E 6. Dosage


The dosage standard is calibrated at
maximum to about 1.5 ml / stroke. To
change the dosage, take the pump out of
the dispenser (see point 7).

F 6. Dosierung

Utiliser jamais
de la force. L'appareil ne doit
pas être démonté! Dans tous cas
de réparation, contacter OPHARDT
service après-vente et utiliser uniquement
des pièces détachées originales.
L'appareil n'est pas approprié pour
le dosage de différents fluides que
savon, lotions liquides ou désinfectants.
Attention! L'utilisation de
liquides inappropriés peut causer un
défect du distributeur et liquide peut
jaillir dans les yeux!

Reduire le dosage à environ 1,2 ml / 1,0
ml / 0,75 ml par levée (dépendant de la
viscosité du liquide dosé) par tourner la
pièce de dosage. Au premier change-
ment du dosage, tourner la pièce peut
être difficile maniable. Dans ce cas
tourner avec l'aide d'une pince. Le dosage
ajusté acutellement est lisible sur la
pièce de dosage dans la vue de la droite
sur la pompe. L'indication supérieure est
déterminante dans ce cas

(voir illustration 6).

**D 7. Pumpenausbau / Pumpenwechsel**

Die Dosierung kann durch Drehen des
Einstellrades auf ca. 1,2 ml / 1,0 ml / 0,75
ml (in Abhängigkeit von der Viskosität
des Füllgutes) reduziert werden. Bei erst-
maliger Einstellung kann das Einstellrad
schwierig zu drehen sein. Dann gegebenenfalls
eine kleine Flachzange zum drehen des
Einstellrades verwenden. Die aktuell
eingestellte Dosiermenge ist am Ein-
stellrad abzulesen, wenn man von vorn
rechts auf die Pumpe blickt. Maßgebend
ist hier die obere Angabe der Dosierung
(siehe Abbildung 6).

E 7. Pump Removal / Exchange

Gently pull face shield forward and then
lift upwards. Next, press down on the
pump lock with a finger and pull the
pump forwards (see images 7.1-7.3).

F 7. Extraction et échange de la pompe

Ouvrir le bec d'écoulement. Pour cela,
tirer le bec par le front et pivoter vers
le haut. Débloquer l'arrêt de la pompe
(bouton "PUSH") avec le doigt (appuyer)
et tirer la pompe vers avant. (voir illustration
7.1-7.3).

